

# SAD 9000 - K

CÁMARA DE ENSAYOS DE RIESGO DE FUEGO  
SEGÚN NORMAS SERIES 60695



## ESPECIFICACIONES

La cámara de ensayos de riesgos de fuego es una cámara cerrada, en la cual se ejecutan los ensayos de Punta Incandescente (Glow-Wire), Encaminamiento eléctrico (Tracking) y de Flama de aguja (Needle Flame).

Su volumen mayor a  $0,5\text{m}^3$  para que el consumo de oxígeno durante los ensayos no afecte significativamente los resultados de los mismos. .

### Equipamiento

- Luxómetro de mano: Medidor de nivel de iluminación (según norma no deberá superar los 20lx sobre la muestra antes de los ensayos).
- Iluminación interna con interruptor para ensayos que requieran oscuridad
- Tomacorrientes de 4 salidas para las alimentaciones de los equipos de ensayos
- Chimenea: Ubicada en la parte superior para una correcta ventilación una vez terminados los ensayos.

